

Gdańsk, dnia 27.10.2009 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
Cp – 1122/09

(znak sprawy 127/09)

.....
..... wg rozdzielnika
.....

***dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na kalibrację, wzorcowanie i naprawę
alkotestów typu 7410 DRAGER, 7110 DRAGER na potrzeby jednostek Policji woj.
pomorskiego***

BZP NR 372390-2009 Z DNIA 26.10.2009 R

ZAMAWIAJĄCY – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku informuje, że wpłynął pisemny protest od jednego z Wykonawców wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający, zgodnie z art. 181 uPzp, wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

W załączeniu – kserokopia protestu.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Wykonano w 1 egz. i przesłano faksem, oraz zamieszczono na stronie internetowej www.pomorska.policja.gov.pl

Gdańsk, dnia 2009-10-26

INTECH
INSTYTUT WDROŻEŃ TECHNICZNYCH
80-786 GDAŃSK
UL.JAŚKOWA DOLINA 84

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Ul.Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Sekcja Zamówień Publicznych

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kalibrację, wzorcowanie i naprawę alkotestów typu 7410 DRAGER, 7110 DRAGER na potrzeby jednostek Policji woj. pomorskiego.

Nr postępowania: 127/09.

PROTEST

Na podstawie art. 180 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., składam protest dotyczący wybranych wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opracowanych przez Zamawiającego dla przetargu nieograniczonego, numer postępowania 127/09, na „kalibrację, wzorcowanie i naprawę alkotestów typu 7410 DRAGER , 7110 DRAGER na potrzeby jednostek Policji woj. pomorskiego”.

UZASADNIENIE

Protestujący wszedł w posiadanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyrażając tym samym chęć udziału w w/w postępowaniu. Po zapoznaniu się z jej wymogami, zmuszony jest oprotestować jeden element tejże dokumentacji:

1. Zamawiający w Rozdziale V pkt. 2 ppkt 4. SIWZ oczekuje, że Wykonawca

będzie posiadał „dokument uprawniający do prowadzenia usług serwisowych” .

Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca „posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, **jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek**. Zdaniem protestującego żadna ustawa nie określa, że do napraw i konserwacji analizatorów wydechu są niezbędne jakiekolwiek uprawnienia. Zamawiający jednak uznaje, wyraźnie wbrew ustawie, że do wykonania tych czynności niezbędny jest bliżej nieokreślony dokument o uprawnieniach. Protestujący uważa, że wprowadzanie wymogu posiadania przez Wykonawców dodatkowych, o nieokreślonym umocowaniu prawnym, uprawnień jest rażącym naruszeniem warunków określonych w art.22 ust 1 i oczekuje ich usunięcia z SIWZ.

ŻĄDANIE

Wobec powyższego uzasadnienia, protestujący składa żądanie dokonania zmian oprotestowanych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujące:

Wprowadzony w Rozdziale V pkt 2, ppkt 4 wymóg posiadania „ dokumentu uprawniającego do prowadzenia usług serwisowych”, zostanie usunięty w całości ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Z poważaniem,