

Gdańsk, dnia 09.04.2010 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 47/2010)
Cp – 11/347//2010

-----wg rozdzielnika-----

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kryminalistycznych na potrzeby KWP w Gdańsku i jednostek jej podległych

BZP NR 96418-2010 z dnia 07.04.2010 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do:

1. Opisu występującego w załączniku 1b pkt 5, odnoszącego się do gipsu do odlewów traseologicznych. Zamawiający oczekuje konfekcjonowania gipsu po 1 kg nie wskazując rodzaju opakowań. Informuję, że gips może być pakowany w dowolny sposób w tym w hermetycznych torebkach umożliwiającym bezpośrednie późniejsze wykorzystanie opakowania do sporządzenia masy gipsowej.

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu pakowania gipsu.

2. Opisu występującego w załączniku 1b pkt 6, odnoszącego się do wymazówek. Wskazany wymiar długości próbówki nie informuje czy jest to wymiar całkowity wymazówki (wraz z korkiem) czy też samej próbówki. Podobnie wymiar długości patyczka może odnosić się do jego całkowitej długości jak też jego części wystającej poza korek. Jednocześnie informuję, że wymazówki powszechnie stosowane przez Policję, występujące w pakietach do pobierania materiału do badań DNA posiadają końcówki bawełniane, a nie z włókna wiskozowego.

Proszę Zamawiającego o:

- wskazanie czego dotyczy wymiar 155 mm,
- wskazanie sposobu mierzenia długości plastikowego patyczka,
- wskazanie tolerancji podanych wymiarów,
- określenie, czy końcówka patyczka może być wykonana z bawełny.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający określa: Gips ma być w opakowaniach hermetycznie zamkniętych np. torebki aluminiowe pakowane po 1 kg.

Ad. 2

Zamawiający określił wymiar długości patyczka z korkiem bez probówki tj. 155mm, dopuszcza długość nie mniejszą niż 125 mm, końcówka patyczka ma być wykonana z bawełny.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: przesłano faksem, oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl