

Gdańsk, 23 czerwca 2010r.

znak sprawy – 101/2010  
Cp – 11/767/2010

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt analizatorów spalin z dymomierzem, 2 szt. agregatów prądotwórczych, 2 szt sonometrów do samochodu marki Fiat Ducato na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku nr ogłoszenia 171732-2010 z dnia 17.06.2010r.**

*Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:*

**PYTANIA:**

*Czy w wykazie asortymentowym (załącznik nr 1a) nie wystąpił błąd w specyfikacji urządzenia „analizator spalin”. W punkcie „c” podany jest parametr pomiaru węglowodorów (HC) w granicach od 0 do 20.000 ppm. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy urządzenia spełniającego parametry pomiaru HC w granicach od 0 do 3000 ppm.*

**ODPOWIEDZI:**

*Zamawiający potwierdza prawidłowość zawartych parametrów opisanych w punkcie „c” tj. pomiaru węglowodorów (HC) w granicach od 0 do 20 000ppm.*

*Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.*

ST. SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: [ww.pomorska.policja.gov.pl](http://ww.pomorska.policja.gov.pl)

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810  
e-mail [zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl)