

Gdańsk, dnia 08.11.2010 r.

Komenda Wojewódzka Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
(znak sprawy 194/2010)  
Cp – 11/1528//2010

-----  
-----wg rozdzielnika-----  
-----

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bezustnikowych testerów alkoholu i zestawów do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego na potrzeby KWP w Gdańsku***

***BZP NR 354818-2010 z dnia 03.11.2010 r.***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczących treści zawartych w SIWZ - parametry techniczne i wymagania sprzętowe urządzeń, ujęte w załączniku 1a = „Wykaz asortymentowy”- Bezustnikowy tester alkoholu:

P.1/. Zasilanie urządzenia:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym przetargu zasilanie w postaci nie 4-ech, a 2-óch baterii alkalicznych AA 1,5V (ilość oczekiwanych testów na jednym zestawie zasilającym: 1.500)?

**ODPOWIEDZI:**

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza w urządzeniu zasilania na 2 baterie alkaliczne.

**STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Ewa Samulak-Augustyn**

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: przesłano faksem, oraz zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl)

---

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810  
e-mail [zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl)