



Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

znak sprawy – 216/2011
Cp-2380.1-216/2011

Gdańsk, dnia 24-11-2011

.....
..... **wg rozdzielnika**
.....

dotyczy: postępowania nr 216/2011 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę defibrylatorów zewnętrznych półautomatycznych AED z nieładowalną baterią 5-letnią wraz z torbą transportową dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - BZP 382734-2011 z dnia 17-11-2011, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 382820-2011 z dnia 17-11-2011 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

W nawiązaniu do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę defibrylatorów zewnętrznych półautomatycznych AED z nieładowalną baterią 5-letnią wraz z torbą transportową dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (216/2011)

1. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności złożenia oferty na defibrylator półautomatyczny firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji defibrylatorów, o podanych niżej parametrach:

Defibrylator ZOLL AED Plus, defibrylator przenośny, dwufazowy, zewnętrzny, półautomatyczny, komunikacja i podpowiedzi głosowe w języku polskim, z doradcą RKO, przeznaczony do użytku w budynkach publicznych, firmach, obiektach sportowych, gastronomii, zakładach przemysłowych jak również przez osoby indywidualne, wyrób medyczny:

- Defibrylacja: rodzaj impulsu- dwufazowy, energia: 120 -200J (dorośli), 50-85J (dzieci), czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sek.,
- EKG - metoda: Eindhoven II, oporność pacjenta: 0-300 Ohm,
- detekcja VF/VT - czas analizy typowo 9 s, nadzór defibrylacji: VF ze średnią amplitudą > 100 μ V, VT z szerokimi zespołami QRS z częstością > 150 ud/min.
- elektrody przyklepne: okres przydatności: min.48 miesięcy, długość kabla: 91 cm, aktywna powierzchnia elektrod: 158 cm², warunki przechowywania: od 0 do 50°C, wbudowany czujnik głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej,

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.





- przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna do 3,5 godz. zapisu EKG, oprogramowanie PC,
- zasilanie: bateria PhotoFlash typ 123, żywotność do 5 lat (do 300 wyładowań z energią maksymalną 200 J),
- warunki otoczenia - warunki pracy: temperatura 0 do 50°C, wilgotność względna 10-95% bez kondensacji, warunki przechowywania: od -30 do +60°C, wilgotność względna 10-95% bez kondensacji, drgania MIL Std. 810F - minimalny test helikopterowy, wstrząs – 100g
- algorytm postępowania: ERC
- standardy - spełnia wymagania norm UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN 60601-1, IEC60601-1-2,
- klasa ochrony przed zanieczyszczeniami kurzem i wodą: IP55,
- wymiary - wys. x szer. x gł.: 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm, waga z baterią: 3,1 kg,
- zapewnienie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przez autoryzowany serwis.
- okres gwarancji – minimum 48 miesięcy,
- skład zestawu – urządzenie AED, bateria PhotoFlash 10 szt., żywotność: do 5 lat (ilość wyładowań do 300 a 200J), 1 para elektrod dla dorosłych (wraz z zestawem uzupełniającym: maseczka do sztucznego oddychania, maszynka do golenia, rękawiczki, gazik do dezynfekcji, nożyczki), torba transportowa.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnień klatki piersiowej w trakcie resuscytacji?

Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnień klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnień klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnień na minutę.Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, www.prc.krakow.pl. Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ODPOWIEDZI;

Ad.1 Zamawiający dopuszcza opisany defibrylator z dodatkową funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie prowadzenia resuscytacji.

Ad.2 Zamawiający nie będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z dodatkową funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

-
- przesłano potencjalnym Wykonawcom biorącemu udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie : www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.

