

Nr sprawy - 89/2012

Gdańsk, 02 maja 2012 roku

Cp. 2380.1 – 89/2012

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kryminalistycznych d
w Gdańsku
BZP 133462 - 2012 z dnia 26.04.2012r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIE:

Dotyczy testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych – odczynniki równoważne do Narko – 2.

1. Czy Zamawiający dopuszcza test ampułkowy, który nie wymaga zgniatania ampułki znajdującej się w saszetce w celu oznaczenia substancji? Czy zatem Zamawiający dopuści np. test, w którym oznaczenie substancji polega na umieszczeniu badanej substancji w zabezpieczonej plastikowym korkiem ampułce i odczytaniu barwnego efektu poprzez porównanie z nadrukowanym wzorcem koloru na ampułce?

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu obecności w zestawie osobnego odczynnika neutralizującego w przypadku gdy odczynnik ten znajduje się wewnątrz testera?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane testy.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostawy osobnego odczynnika neutralizującego.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, przesłano na nr faks/ adresy e –mail Wykonawcy/-ów.
Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl