

znak sprawy – 95/2012
Cp.2380.1-95/2012

Gdańsk, dnia 07-05-2012

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bezkontaktowych testerów alkoholu i urządzeń do badania alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby jednostek Policji woj. pomorskiego, BZP 138828-2012 z dnia 30-04-2012.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA;

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykazu asortymentowego – załącznik nr 1b- przenośne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu:

1. Czy Zamawiający określając temperaturę pracy urządzenia od -5°C do $+50^{\circ}\text{C}$ – miał w zamyśle temperatury otoczenia w jakich będzie przeprowadzane badanie czy określił temperaturę wewnętrzną urządzenia?
W przypadku temp. wewnętrznych urządzenia czy Zamawiający dopuści przyrząd, który pracuje w zakresie temp. wew. do $+40^{\circ}\text{C}$?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada wewnętrznej pamięci przeprowadzonych testów?
3. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było zaopatrzone w drukarkę umożliwiającą wydruk pomiaru?

ODPOWIEDZI;

Ad. 1 Zamawiający określił temperaturę pracy urządzenia.

Dopuszcza też urządzenie do +40 ° C.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nieposiadającego pamięci wewnętrznej.

Ad. 3 Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia do druku.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano faxem Wykonawcom biorącemu udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie :
www.pomorska.policja.gov.pl