

.....

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bezkontaktowych testerów alkoholu i urządzeń do badania alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby jednostek Policji woj. pomorskiego, BZP 138828-2012 z dnia 30-04-2012.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE;

w toku w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Czy Zamawiający, w związku z wymaganiem specyfikacji przetargowej dotyczącej własności technicznych bezkontaktowego testera alkoholu, gdzie wymaga się, aby oferowany przyrząd posiadał dwa tryby pobierania powietrza – aktywny i pasywny, dopuści urządzenie, które pracuje wg poniższego opisu:

- ♣ pomiar, po przyciśnięciu przycisku będzie wykonywany w sposób ciągły, z automatycznym zasysaniem próbki powietrza i trwa ok. 8 sekund,
- ♣ bieżący pomiar można w dowolnym momencie zakończyć ponownym wciśnięciem przycisku, bez oczekiwania aż upłynie w/w 8 sekund.

Rozwiązanie takie ma, naszym zdaniem, następujące zalety:

- ♣ pomiar jest absolutnie pewny, gdyż przypadkowe uruchomienie pomiaru, poprzez np. silny podmuch wiatru, jest absolutnie wyeliminowane,
- ♣ procedura pomiarowa jest higieniczna, gdyż do jej przeprowadzenia nie jest wymagane silne dmuchanie w kierunku urządzenia, co, z uwagi na sposób trzymania tego typu testerów, może prowadzić do zanieczyszczenia dłoni badającego kroplami śliny badanego,

- ⤴ pomiar jest pewny, gdyż nawet przy słabszym dmuchaniu przez badanego w kierunku urządzenia, procedura pomiarowa zostanie przeprowadzona do końca, bez względu na siłę dmuchania,
- ⤴ natychmiast po zarejestrowaniu przez przyrząd niedozwolonej koncentracji alkoholu, badający może, poprzez przyciśnięcie przycisku, zakończyć procedurę pomiarową, bez konieczności oczekiwania na zakończenie jej przez przyrząd, co znacznie przyspiesza badanie,
- ⤴ urządzenie akceptuje zarówno pracę w sposób pasywny, gdzie zasysając samodzielnie próbkę z badanej okolicy analizuje zassane powietrze, jak i w sposób aktywny, gdzie badany, na polecenie badającego, może dmuchać w kierunku urządzenia, bez szkody dla urządzenia i z zachowaniem normalnych własności pomiarowych jak przy sposobie pasywnym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które pracuje według podanego opisu przez pytającego.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano faxem Wykonawcom biorącemu udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie :
www.pomorska.policja.gov.pl