

znak sprawy – 163/2912
Cp-2380.1-163/2012

Gdańsk 8 października 2012r

.....wg rozdzielnika.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laboratoryjnych dla KWP w Gdańsku*
Nr ogłoszenia BZP 378963-2012 z dnia 03.10.2012r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

Pytanie dot. załącznik 1i

- Prosimy o sprostowanie odpowiedzi z dn. 2012-10-08 i usunięcie wymogu, aby wymazówki posiadały status wyrobu medycznego.

Wymazówki, które są wyrobami medycznymi służą do pobierania i wykrywania patogenów, bakterii i wirusów w celach diagnostycznych (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).

Wymazówki przeznaczone do kryminalistyki służą do pobierania i wykrywania DNA w celu zapewnienia prawidłowego tworzenia krótkich powtórzeń tandemowych (STR Profile), które nie wymagają wyrobów medycznych oraz nie służą do celów medycznych i diagnostycznych. Do pobierania materiału biologicznego w celach kryminalistycznych nie są wymagane produkty o statusie wyrobów medycznych

ODPOWIEDŹ:

Dot. Załącznika 1i

Zamawiający w dalszym ciągu podtrzymuje, iż przedmiotowe wymazówki mają spełniać wymóg z Dyrektywa 93/42/EEC (znak CE).

Wymazówki będą wykorzystywane nie tylko w Laboratorium Kryminalistycznym do pobierania śladów z miejsca zdarzenia, ale będą także wykorzystywane przez techników kryminalistyki podczas oględzin ciała. Podczas oględzin ciała pobierane są wymazy np. z jamy ustnej, w związku z czym należy je traktować jako wyrób medyczny.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom