

znak sprawy – 175/2912
Cp-2380.1-175/2012

Gdańsk 24 października 2012r

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laboratoryjnych dla KWP w Gdańsku*

Nr ogłoszenia BZP 410398-2012 z dnia 22.10.2012r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

Dot. Zadania 1c

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki (patyczka z korkiem bez próbki) o długości całkowitej max. 170 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wymazówkę o długości maksymalnej 170mm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl