

Gdańsk, 15 marca 2013 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych dla KWP w Gdańsku.
BZP nr 96160 – 2013 z 11.03.2013r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

PYTANIE:

dot. zadania 1h

1. Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki (patyczek z korkiem bez próbówki) o długości całkowitej max. 170mm?
2. Co Zamawiający ma na myśli pisząc: certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania”?

Certyfikaty sterylności oraz certyfikaty potwierdzające, że wymazówki są wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR są wydawane tylko przez producenta. Opinia wydana przez prywatną jednostkę badawczą lub prywatne laboratorium potwierdza (pozytywny lub negatywny) status tylko tych produktów, które zostały przez nią zbadane (4-5szt) i nie dotyczą całej serii, wszystkich takich samych nr lotu oraz linii produkcyjnej.

Jednostki Notyfikujące lub inne izby po kontroli linii produkcyjnej wystawią wspólnie z producentem odpowiedni certyfikat i w którym zawarty jest nr serii, nr lotu oraz data ważności.

Podkreślamy, że certyfikat sterylności potwierdza jedynie fakt, że wymazówki są wolne od bakterii i wirusów (mikrobiologia), nie dotyczy w żadnym przypadku DN-az i RN-az (kryminalistyka).

Zgodnie z powyższym, prosimy o sprostowanie SIWZ.

ODPOWIEŹ:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza wymazówki o długości całkowitej max 170mm.

Ad. 2

Zamawiający wymaga, aby do wymazówki był dołączony lub do wglądu certyfikat wydany przez instytucję upoważnioną do tego rodzaju testowania. Certyfikat potwierdza, że wymazówki są wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-az i inhibitorów PCR.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, przesłano na adresy e –mail Wykonawców.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego!