

Gdańsk 21 marca 2013r

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kryminalistycznych dla KWP w Gdańsku*
Nr ogłoszenia BZP 109140-2013 z dnia 19.03.2013r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Zwracam się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do opisu testów narkotykowych do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych w warunkach polowych, opisanych w załączniku 1a do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z występującym tam oczekuje:

Zamawiający opisując warunki jakim mają odpowiadać wszystkie odczynniki w ostatnim tiret wskazuje, cyt. „opakowanie zawiera 10 saszetek/ampulek”.

Informuję Zamawiającego, że odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych mogą występować w różnych postaciach. Mogą to być:

- testy, w których reakcja odbywa się w ampulce zawierającej odpowiedni odczynnik,*
- testy, w których reakcja odbywa się w torebce/saszetce zawierającej fiolki z odpowiednimi odczynnikami,*
- testy, w których odczynniki do ampulki jest aplikowany z buteleczki*

Wyżej wymienione testy różnią się funkcjonalnością, budową i metodyką wykorzystania, w związku z czym nie dają możliwości porównania oferowanych produktów. Ponadto, nie wszystkie wyżej wymienione testy spełniają warunek „testu polowego”, ponieważ nie gwarantują braku kontaktu osoby przeprowadzającej badania z odczynnikiem reagującym z substancją, podczas wprowadzania tej substancji do ampulki lub próbówki.

W związku z powyższym proszę Zamawiającego o jednoczesne określenie rodzaju testu będącego przedmiotem postępowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił w SIWZ testy narkotykowe, w których reakcja odbywa się w ampulkach zawierających odpowiedni odczynnik lub testy, w których reakcja odbywa się w saszetce zawierającej odpowiedni odczynnik.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom