

Znak sprawy 81/2016
Cp.2380.1-81/2016

Gdańsk, dnia 22-09-2016

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku

BZP 310548-2016 z dnia 20-09-2016

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA

1. Czy Zamawiający w przypadku detektora MS dopuszcza hiperboliczny w przekroju kwadrupol z molibdenu nie pokrytego warstwą złota, bez możliwości jego wygrzewania do temperatury 200 °C ? Przedstawione rozwiązanie należy tylko do jednego producenta i ogranicza innych dostawców do uczestniczenia w postępowaniu przetargowym.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie chroniące analizator mas przed zanieczyszczeniami w postaci grzanego wstępnego kwadrupola w kształcie litery S, tzw. S-quide umieszczonego przed właściwym kwadrupolem, który ze względu na swoją krzywiznę kieruje do detektora tylko cząstki zjonizowane obniżając w ten sposób szum chemiczny, poprawiając limity detekcji oraz chroniąc właściwy kwadrupol przed zanieczyszczeniami.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pompy dyfuzyjnej jako pompy próżni wstępnej łopatkową pompę rotacyjną w wydajności > 65 L/s ?

3. Czy Zamawiający w przypadku dozownika split/splitless dopuszcza możliwość programowanego zwiększania ciśnienia na czole kolumny równoważnego z dozowaniem w trybie Pulsed Split ?

ODPOWIEDZI

Ad. 1

Wygrzewanie do tem. 200st. C spowodowane jest użyciem materiałów odpornych na odkształcenia nawet przy wysokich temperaturach. Kwarc posiada bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej a tym samym zabezpiecza przed ryzykiem odkształceń. Z uwagi na charakter analizowanych substancji – bardzo szeroka gama, niejednokrotnie potrzebne jest stosowanie wysokich temperatur. Budowa umieszczona w specyfikacji przekłada się na lepszą rozdzielczość oraz stabilność mas.

Złoto wykorzystane do pokrywania przewodników wykazuje bardzo dobre przewodnictwo elektryczne przy jednoczesnej bardzo wysokiej odporności na korozję co ponownie przekłada się na dłuższą żywotność sprzętu i mniejszą awaryjność.

W związku z powyższym nie dopuszcza się innego niż wskazany w specyfikacji.

Ad. 2

Pompy dyfuzyjne charakteryzują się bardzo dużą niezawodnością.

W związku z powyższym nie dopuszcza się w miejsce pompy dyfuzyjnej łopatkowej pompy rotacyjnej.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

STARSZY SPECJALISTA

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

EWA SAMULAK – AUGUSTYN

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl