

Komendant Wojewódzki Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 111/2018
Cp.2380.1-111/2018

Gdańsk, dnia 21 listopada 2018 roku

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ANALIZATORA GENETYCZNEGO dla KWP w Gdańsku
ogłoszenie o zamówieniu BZP 648975-N-2018 z dnia 16.11.2018r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników chemicznych ujętych w punkcie 22 z terminem ważności min. 3 miesięcy od daty dostawy?
Pragniemy poinformować, iż odczynniki wymienione w podpunktach a-e posiadają krótkie terminy ważności ze względu na swoją specyfikę.

2. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z punktu 16 dotyczącego dostawy UPS?
Informujemy, iż dostawa UPS podniesie koszt całej oferty o ok. 18 000,00 PLN netto.

3. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim a jej skróconej wersji w języku polskim?
Pragniemy zauważyć, że komunikacja użytkownika z aparatem poprzez zainstalowane oprogramowanie odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

4. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 szkolenia użytkownik (prowadzonego przez inżyniera serwisowego) oraz 1 dniowego szkolenia aplikacyjnego w języku angielskim?

5. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z ofertą do postępowania przetargowego wymogów instalacyjnych dla oferowanego urządzenia? Pozwoli to Zamawiającemu na wydłużenie czasu na ewentualne dostosowanie pomieszczenia, w którym docelowo będzie stało oferowane urządzenie, bez konieczności przyjazdu do Zamawiającego przedstawicieli Wykonawcy w terminie późniejszym celem weryfikacji gotowości pomieszczeń do instalacji urządzenia?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostarczenie odczynników z terminem ważności min. 3 miesięcy od daty dostawy **z punktów a i e** (POP-4 i Conditioning Reagent)

Ad. 2

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie zapisu załącznika nr 1 pkt 16 do SIWZ dotyczącego dostawy UPS.

Ad. 3

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostarczenie instrukcji w języku angielskim i jej wersji skróconej w języku polskim.

Ad. 4

Zamawiający **wyraża zgodę** dostarczenie 1 szkolenia dla użytkowników oraz jednego 1 dniowego szkolenia aplikacyjnego w języku angielskim.

Ad. 5

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostarczenie wymogów instalacyjnych i środowiskowych w języku polskim w celu dostosowania pomieszczenia do zainstalowania sprzętu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail
(podano w stopce pisma).**

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214945, (058) 3214946, (058) 3214817 fax (058) 3214810
www.pomorska.policja.gov.pl,
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl